



# ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Техпроект»

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120  
Регистрационный № РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ09 от 2024-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Техпроект»

А.Н. Самохина

«29» Августа 2025г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№3837-ТЕХП/25 от 29.08.2025

|   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Объект                                                                        | Вода дистиллированная Selkor                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | Заявитель                                                                     | Общество с ограниченной ответственностью «НПК СЕЛКОР». Адрес: Россия, 198188, Санкт-Петербург г, Возрождения ул, дом № 42, литер А, помещение 1-Н, № 24-26, ИНН: 7805642229, ОГРН: 1147847037843, телефон: +7 (800) 333-04-43, электронная почта: info@selkor.ru |
| 3 | Изготовитель                                                                  | Общество с ограниченной ответственностью «НПК СЕЛКОР». Адрес: Россия, 198188, Санкт-Петербург г, Возрождения ул, дом № 42, литер А, помещение 1-Н, № 24-26, ИНН: 7805642229, ОГРН: 1147847037843, телефон: +7 (800) 333-04-43, электронная почта: info@selkor.ru |
| 4 | Основание для проведения испытаний (анализа)                                  | Заявка № 3837 от 15 августа 2025 г.                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Дата запроса на получение материала для испытаний (анализа)                   | 15 августа 2025 г.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | Дата получения материала для испытаний (анализа)                              | 15 августа 2025 г.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 | Дата проведения испытаний (анализа)                                           | 15 августа 2025 г. – 29 августа 2025 г.                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 | Нормативные документы, регламентирующие объем испытаний (анализа) и их оценку | ГОСТ Р 58144-2018                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 | Результаты                                                                    | Таблица №1                                                                                                                                                                                                                                                       |

Таблица №1

| п/п  | Наименование показателя                                                            | Показатели                      |                      | Методы испытаний          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
|      |                                                                                    | НД                              | Испытания            |                           |
| 1    | Внешний вид                                                                        | Прозрачная, бесцветная жидкость | Соответствует        | ГОСТ 23268.1-91           |
| 2    | Запах                                                                              | Без запаха                      | Соответствует        | ГОСТ 23268.1-91           |
| 3    | Массовая концентрация:                                                             |                                 |                      |                           |
| 3.1  | ионов аммония, мг/дм <sup>3</sup> , не более                                       | 0,2                             | 0,12                 | ГОСТ 33045-2014           |
| 3.2  | нитрат-ионов, мг/дм <sup>3</sup> , не более                                        | 0,2                             | 0,16                 | ГОСТ 33045-2014           |
| 3.3  | сульфат-ионов, мг/дм <sup>3</sup> , не более                                       | 0,5                             | 0,37                 | ГОСТ 31867-2012           |
| 3.4  | хлорид-ионов, мг/дм <sup>3</sup> , не более                                        | 0,5                             | 0,41                 | ГОСТ 31867-2012           |
| 3.5  | алюминия, мг/дм <sup>3</sup> , не более                                            | 0,05                            | 0,02                 | ГОСТ 18165-2014           |
| 3.6  | железа, мг/дм <sup>3</sup> , не более                                              | 0,05                            | 0,04                 | ГОСТ 31869-2012           |
| 3.7  | кальция, мг/дм <sup>3</sup> , не более                                             | 0,8                             | 0,65                 | ГОСТ 31870-2012           |
| 3.8  | меди, мг/дм <sup>3</sup> , не более                                                | 0,02                            | 0,015                | ГОСТ 31870-2012           |
| 3.9  | свинца, мг/дм <sup>3</sup> , не более                                              | 0,05                            | 0,03                 | ГОСТ 31870-2012           |
| 3.10 | цинка, мг/дм <sup>3</sup> , не более                                               | 0,2                             | 0,18                 | ГОСТ 31870-2012           |
| 4    | Содержание веществ, восстанавливающих КМnO <sub>4</sub>                            | Розовая окраска                 | Соответствует        | ГОСТ Р 58144-2018 п. 8.12 |
| 5    | Массовая концентрация общего органического углерода, мг/дм <sup>3</sup> , не более | 0,5                             | 0,43                 | ГОСТ Р 58144-2018 п. 8.13 |
| 6    | рН воды, ед. рН                                                                    | 5,0-7,0                         | 6,7                  | ГОСТ Р 58144-2018 п. 8.14 |
| 7    | Удельная электрическая проводимость при температуре 20 °С, См/м, не более          | 4,3*10 <sup>-4</sup>            | 4,0*10 <sup>-4</sup> | ГОСТ Р 58144-2018 п. 8.15 |
| 8    | Удельная электрическая проводимость при температуре 25 °С, См/м, не более          | 5,1*10 <sup>-4</sup>            | 4,5*10 <sup>-4</sup> | ГОСТ Р 58144-2018 п. 8.15 |

**Заключение:**

**По результатам проведенных испытаний (исследований):** Вода дистиллированная Selkor, выпускаемые Общество с ограниченной ответственностью «НПК СЕЛКОР». Адрес: Россия, 198188, Санкт-Петербург г, Возрождения ул, дом № 42, литер А, помещение 1-Н, № 24-26, ИНН: 7805642229, ОГРН: 1147847037843, телефон: +7 (800) 333-04-43, электронная почта: info@selkor.ru, **соответствуют:** ГОСТ Р 58144-2018.

Исполнитель



Н.С. Пугачев

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.